

直流大功率电源供应器

IT6500系列 用户手册



型号: IT6512/IT6513/IT6512A/IT6513A/IT6502D
版本号: 3.1

声明

© Itech Electronic, Co., Ltd. 2022
根据国际版权法，未经 Itech Electronic, Co., Ltd. 事先允许和书面同意，不得以任何形式（包括电子存储和检索或翻译为其他国家或地区语言）复制本手册中的任何内容。

手册部件号

IT6500

版本

第3版， 2022年09月 16 日

发布

Itech Electronic, Co., Ltd.

商标声明

Pentium是 Intel Corporation在美国的注册商标。

Microsoft、Visual Studio、Windows 和 MS Windows是 Microsoft Corporation 在美国和 /或其他国家 /地区的商标。

担保

本文档中包含的材料“按现状”提供，在将来版本中如有更改，恕不另行通知。此外，在适用法律允许的最大范围内，**ITECH** 不承诺与本手册及其包含的任何信息相关的任何明示或暗示的保证，包括但不限于对适销和适用于某种特定用途的暗示保证。**ITECH** 对提供、使用或应用本文档及其包含的任何信息所引起的错误或偶发或间接损失概不负责。如**ITECH** 与用户之间存在其他书面协议含有与本文档材料中所包含条款冲突的保证条款，以其他书面协议中的条款为准。

技术许可

本文档中描述的硬件和 / 或软件仅在得到许可的情况下提供并且只能根据许可进行使用或复制。

限制性权限声明

美国政府限制性权限。授权美国政府使用的软件和技术数据权限仅包括那些定制提供给最终用户的权限。**ITECH** 在软件和技术数据中提供本定制商业许可时遵循 FAR 12.211（技术数据）和 12.212（计算机软件）以及DFARS 252.227-70 15（技术数据—商业制品）和 DFARS 227.7202-3（商业计算机软件或计算机软件文档中的权限）。

安全声明

小心

小心标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确地执行或不遵守操作步骤，则可能导致产品损坏或重要数据丢失。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下，请勿继续执行小心标志所指示的任何不当操作。

警告

“警告”标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确地执行操作或不遵守操作步骤，则可能导致人身伤亡。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下，请勿继续执行“警告”标志所指示的任何不当操作。



说明

“说明”标志表示有提示，它要求在执行操作步骤时需要参考，给操作员提供窍门或信息补充。

认证与质量保证

IT6500 系列电源完全达到手册中所标称的各项技术指标。

保固服务

ITECH 公司对本产品的材料及制造，自出货日期起提供一年的质量保固服务（保固服务除以下保固限制内容）。

本产品若需保固服务或修理，请将产品送回 ITECH 公司指定的维修单位。

- 若需要送回 ITECH 公司作保固服务的产品，顾客须预付寄送到 ITECH 维修部的单程运费，ITECH 公司将负责支付回程运费。
- 若从其它国家送回 ITECH 公司做保固服务，则所有运费、关税及其它税赋均须由顾客负担。

保证限制

保固服务不适用于因以下情况所造成的损坏：

- 顾客自行安装的电路造成的损坏，或顾客使用自己的产品造成的瑕疵；
- 顾客自行修改或维修过的产品；
- 顾客自行安装的电路造成的损坏或在指定的环境外操作本产品造成的损坏；
- 产品型号或机身序列号被改动、删除、移除或无法辨认；
- 由于事故造成的损坏，包括但不限于雷击、进水、火灾、滥用或疏忽。

安全标志

	直流电		ON（电源合）
	交流电		OFF(电源断)
	既有直流也有交流电		电源合闸状态
	保护性接地端子		电源断开状态
	接地端子		参考端子
	危险标志		正接线柱
	警告标志（请参阅本手册了解具体的“警告”或“小心”信息）		负接线柱
	地线连接端标识	-	-

安全注意事项

在此仪器操作的各个阶段中，必须遵循以下一般安全预防措施。如果未遵循这些预防措施或本手册其他部分说明的特定警告，则会违反有关仪器的设计、制造和用途方面的安全标准。艾德克斯公司对用户不遵守这些预防措施的行为不承担任何责任。

警告

- 请勿使用已损坏的设备。在使用设备之前，请先检查其外壳。检查是否存在裂缝。请勿在含有易爆气体、蒸汽或粉尘的环境中操作本设备。
- 电源出厂时提供了一个三芯电源线，您的电源供应器应该被连接到三芯的接线盒上。在操作电源供应器之前，您应首先确定电源供应器接地良好！
- 请始终使用所提供的电缆连接设备。
- 在连接设备之前，请观察设备上的所有标记。
- 使用具有适当额定负载的电线，所有负载电线的容量必须能够承受电源的最大短路输出电流而不会发生过热。如果有多个负载，则每对负载电线都必须能安全承载电源的满载额定短路输出电流。
- 为减少起火和电击风险，请确保市电电源的电压波动不超过工作电压范围的10%。
- 如果用电源给电池充电，在接线时要注意电池的正负极性，否则会烧坏电源！
- 请勿自行在仪器上安装替代零件，或执行任何未经授权的修改。
- 请勿在可拆卸的封盖被拆除或松动的情況下使用本设备。
- 请仅使用制造商提供的电源适配器以避免发生意外伤害。
- 我们对于使用本产品时可能发生的直接或间接财务损失，不承担责任。
- 本设备用于工业用途，不适用于 IT 电源系统。
- 严禁将本设备使用于生命维持系统或其他任何有安全要求的设备上。

小心

- 若未按照制造商指定的方式使用设备，则可能会破坏该设备提供的保护。
- 请始终使用干布清洁设备外壳。请勿清洁仪器内部。
- 切勿堵塞设备的通风孔。

环境条件

IT6500 系列电源仅允许在室内以及低凝结区域使用，下表显示了本仪器的一般环境要求。

环境条件	要求
操作温度	0°C~40°C
操作湿度	20%~80%（非冷凝）
存放温度	-20°C~70 °C
海拔高度	操作海拔高达 2000 米
污染度	污染度 2
安装类别	安装类别 II



说明

为了保证测量精度，建议温机半小时后开始操作。

法规标记

	CE 标记表示产品符合所有相关的欧洲法律规定（如果带有年份，则表示批准此设计的年份）。
	此仪器符合 WEEE 指令（2002/96/EC）标记要求，此附加产品标签说明不得将此电器/电子产品丢弃在家庭垃圾中。
	此符号表示在所示的时间段内，危险或有毒物质不会在正常使用中泄漏或造成损害，该产品的使用寿命为十年。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应进入回收循环系统。

废弃电子电器设备指令（WEEE）



废弃电子电器设备指令（WEEE），2002/96/EC

本产品符合 WEEE 指令（2002/96/EC）的标记要求。此标识表示不能将此电子设备当作一般家庭废弃物处理。

产品类别

按照 WEEE 指令附件 I 中的设备分类，本仪器属于“监测类”产品。要返回不需要的仪器，请与您最近的 ITECH 销售处联系。

Compliance Information

Complies with the essential requirements of the following applicable European Directives, and carries the CE marking accordingly:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
- Low-Voltage Directive (Safety) 2014/35/EU

Conforms with the following product standards:

EMC Standard

IEC 61326-1:2012/ EN 61326-1:2013 ¹²³

Reference Standards

CISPR 11:2009+A1:2010/ EN 55011:2009+A1:2010 (Group 1, Class A)

IEC 61000-4-2:2008/ EN 61000-4-2:2009

IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010/ EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010

IEC 61000-4-4:2004+A1:2010/ EN 61000-4-4:2004+A1:2010

IEC 61000-4-5:2005/ EN 61000-4-5:2006

IEC 61000-4-6:2008/ EN 61000-4-6:2009

IEC 61000-4-11:2004/ EN 61000-4-11:2004

1. The product is intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of the product in residential/domestic environments may cause electromagnetic interference.
2. Connection of the instrument to a test object may produce radiations beyond the specified limit.
3. Use high-performance shielded interface cable to ensure conformity with the EMC standards listed above.

Safety Standard

IEC 61010-1:2010/ EN 61010-1:2010

目录

认证与质量保证	1
保固服务	1
保证限制	1
安全标志	1
安全注意事项	2
环境条件	2
法规标记	3
废弃电子电器设备指令 (WEEE)	3
COMPLIANCE INFORMATION	4
第一章 验货与安装	1
1.1 确认包装内容	1
1.2 电源尺寸介绍	1
1.3 安装电源线	2
第二章 快速入门	4
2.1 产品简介	4
2.2 前面板介绍	5
2.3 键盘介绍	5
2.4 VFD 指示灯功能描述	6
2.5 后面板介绍	6
2.6 开机自检	6
2.7 输出检查	8
第三章 功能和特性	10
3.1 本地/远程操作模式切换	10
3.2 输出电压设置	10
3.3 输出电流设置	10
3.4 输出开/关操作	11
3.5 设定值/实际输出值切换	11
3.6 调整电压电流值功能	11
3.7 存取操作	11
3.8 菜单功能	11
3.9 保护功能	27
3.10 输出上升沿/下降沿设置	27
3.11 键盘锁功能	28
3.12 串并机操作	28
3.13 后面板端子功能	29
3.14 模拟量接口	30
第四章 远程操作	35
4.1 RS232 接口	35
4.2 USB 接口	36
4.3 GPIB 接口	36
4.4 RS485 接口	36
第五章 技术规格	38
5.1 主要技术参数	38
5.2 补充特性	41
附录	42
红黑测试线规格	42
测试电池, 接电池时怎么防止打火?	42

第一章 验货与安装

1.1 确认包装内容

打开包装，在操作仪器前请检查箱内物品，若有不符、缺失或外观磨损等情况，请与艾德克斯联系。

包装箱内容包括：


设备名	数量	型号	备注说明
直流大功率电源供应器	一台	IT6500系列	IT6500系列包括 IT6512/IT6513/IT6512A/IT6513A/IT6502D
电源线	一根	IT-E171/IT-E172/IT-E173/IT-E174	用户可根据本地区的电源插座规格来选择不同的电源线，详细规格请参见1.3安装电源线。
USB通讯线	一根	-	用户使用USB接口启用远程操作功能时，选择该配件。
出厂校准报告	一份	-	出厂前本机器的测试报告。
合格证	一张	-	-

说明


确认包装内容一致且没有问题后，请妥善保管包装箱和相关内容物，仪器返厂服务时需要符合装箱要求。


1.2 电源尺寸介绍

本仪器需要安装在通风环境良好，尺寸合理的空间。请根据以下电源尺寸介绍选择合适的空间安装，IT6500系列电源不同的机型尺寸也不相同，如下列出不同机型所对应的电源仪器详细尺寸。



详细尺寸图





1.3 安装电源线

连接标准配件电源线，确保已经给电源供应器正常供电。

交流电源输入等级

电源供应器可以支持 110V 和 220V 两种工作电压，无须切换。


交流电源输入等级：

- Option Opt.01: 220VAC $\pm$ 10%, 47 to 63 Hz
- Option Opt.02: 110 VAC $\pm$ 10%, 47 to 63 Hz

电源线种类


标配提供的电源线型号如下图所示。

请从下面的电源线规格表中选择适合您所在地区电压的电源线型号。如果购买时型号不符合所在地区电压的要求，请联系经销商或艾德克斯进行调换。




中国

IT-E171




美国，加拿大，日本

IT-E172



欧洲

IT-E173



英国

IT-E174

小心

本产品随机所配的电源线经过安全认证。如果要更换所提供的电源线，或必须要增加延长电缆，请确认其能够符合本产品所需的额定功率。误用会导致本产品失去质保。

第二章 快速入门

本章将介绍 IT6500 系列电源的通电检查步骤，确保电源在初始化状态下能正常启动和使用。以及 IT6500 系列电源的前面板、后面板、键盘按键功能以及 VFD（Vacuum Fluorescent Display）显示功能，确保在操作电源前，快速了解电源的外观、结构和按键使用功能，帮助您更好地使用本系列电源。

2.1 产品简介

IT6500 系列电源是高性能宽范围的单输出直流大功率开关电源供应器，本系列电源配有标准的 RS232/USB/RS485 通讯接口，兼具桌上型和系统型的特性，可根据您设计和测试的需求，提供多用途的解决方案。

IT6500 系列电源功能特点如下：


- 自动宽范围调整最大电压及电流配置
- 可调的上升沿及下降沿速度
- 支持主从连接，可串并联扩展功率/电流/电压
- 外部模拟量控制及监视功能
- 过电压、限电流、过功率及过热保护
- 内置 USB/RS232/RS485 通讯接口*
- 超小体积
- 具有丰富的 SCPI 指令，方便组建智能化测试平台
- 高准确度和高分辨率
- 可仿真 DIN40839 汽车启动的暂态电压（IT6512/6513 特有功能）
- 内置 ISO16750-2 波形，可模拟“道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验_第 2 部分：电气负荷”曲线（IT6512/6513 特有功能）
- 数字键盘操作
- 可利用旋钮对电压和电流分别进行粗调和微调
- 可利用光标调节数字步进值
- 低涟波和低噪音，媲美纯线性电源
- 智能型风扇控制，节约能源，降低噪音

*(G)型号为带有 GPIB 选件的型号，功能与标准型号一致，详情请咨询 ITECH。

型号	电压	电流	功率	仪器高度
IT6502D(G)	80V	60A	800W	1U
IT6512(G)	80V	60A	1200W	1U
IT6513(G)	150 V	30A	1200W	1U
IT6512A(G)	80V	60A	1200W	1U
IT6513A(G)	150 V	30A	1200W	1U

2.2 前面板介绍


IT6500 系统电源不同的型号前面板不同，以下列出不同机型的前面板示意图和按键功能图。



- ①电源开关
- ②VFD显示屏
- ③电压调节脉动旋钮，粗调按钮，微调按钮
- ④电流调节脉动旋钮，粗调按钮，微调按钮
- ⑤上、下、左、右光标移动及 OK 按键
- ⑥功能按键，复合按键
- ⑦数字按键和 ESC 退出键

2.3 键盘介绍

IT6500 系列不同的前面板按键功能相同，按键区的按键如下图所示。



按键详细说明表

按键名称	功能说明
0-9	数字输入键
Shift	复合功能键
OVP / Menu	过电压设置，用来设定电源的过压保护点/菜单功能键，用来设置电源的相关参数
V-set / Slope	电压设定键，设置电源输出电压值/设置电压的上升下降时间
I-set / Pmax	电流设定键，设置电源输出电流值/设置最大功率
Recall / Save	回调键，调出一个已经存储的系统参数设置值/存储键，存储系统参数设置值
Meter / Local	Meter 键，用来切换面板预设值和实际输出值的显示/切回本地操作
Enter / Trigger	确认键，确认输入的数字和操作/触发键
On/Off / Lock	输出打开（关闭）键，用来控制电源的输出状态/键盘锁功能键，用来锁定面板按键
◀ ▶	左右移动键，用来设定值时，调整光标到指定位置
▲ ▼	上下移动键，用来在菜单操作中选择菜单项或增加（减少）输出电压电流值

按键名称	功能说明
	确认键
	返回键


2.4 VFD 指示灯功能描述

IT6500 系列电源前面板按键与 Shift 复合按键组合使用实现按键下方标注的功能，详细功能介绍如下表所示。

字符	功能说明	字符	功能说明
OFF	电源为关闭状态	Timer	无
CV	电源为恒定电压输出状态	Sense	无
CC	电源为恒定电流输出状态	Ext	无
*	键盘锁功能已开启	Adrs	电源通讯口收到数据时显示 3 秒
Meter	“Meter”键开启状态	Rmt	电源在远端操作模式
Shift	使用复合按键	Error	电源有故障发生
Rear	模拟量功能打开时显示	Prot	电源进入保护状态
SRQ	电源内部状态请求事件发生	Trig	电源处于等待触发状态

2.5 后面板介绍

IT6500 系列电源不同的型号后面板不同，以下列出不同机型的后面板示意图和按键功能图。



- ①远端补偿端子
- ②输出端子
- ③RS485通讯接口
- ④保险丝
- ⑤模拟量及控制状态接口
- ⑥散热风扇
- ⑦GPIB 通讯接口
- ⑧USB 通讯接口
- ⑨RS232 通讯接口
- ⑩AC 电源输入端子

2.6 开机自检

成功的自检过程表明用户所购买的产品符合出厂标准，可以供用户正常使用。

在操作电源之前，请确保您已经了解安全须知内容。


警告

- 请务必在开启电源前确认电源电压与供电电压是吻合的，否则会烧坏电源。
- 请务必将主电源插头接入带保护接地的电源插座，请勿使用没有保护接地的接线板。操作电源前，您应首先确定电源接地良好。
- 电源在接线前请注意正负极标识，否则将烧坏电源。

自检步骤

电源正常自检过程如下：

1. 正确连接电源线，按电源开关键开机上电。
电源进行自检。
2. 电源自检完成，VFD 显示屏显示如下输出电压电流状态的信息。



错误信息参考

电源自检过程中发生错误时可能会出现如下错误提示：

- 如果 EEPROM 损坏，会提示“EEPROM FAILURE”。
- 如果系统设置参数丢失，会提示“MainframeInitializeLost”。
- 如果校准数据丢失，会提示“Calibration Data Lost”。
- 如果上次电源的状态丢失，会提示“Config Data Lost”。

异常处理

当启动电源时，电源无法正常启动，请参见如下步骤进行检查并处理。

1. 检查电源线是否接入正确并确认电源处于被供电状态。
电源线接入良好 => 2
电源接入错误 => 请重新连接电源线，查看该异常是否清除。
2. 电源是否打开。电源开关键处于“”电源合闸状态。
是 => 3
否 => 请按下电压开关键开启电源，查看该异常是否清除。
3. 检查电源的保险丝是否烧坏。

如果保险丝被烧坏，请更换保险丝。具体步骤如下：

- 1) 用一字螺丝起插在中间的凹槽，向内推的同时逆时针旋转，旋转 90 度时松开，保险丝盒将可以弹出，此时可以看见保险丝，请使用规格相符的保险丝替换。



- 2) 保险丝是否烧坏可用万用表判断，如果保险丝已经熔断，请根据机型选择相同规格的保险丝进行替换。保险丝与机型配套信息如下表所示。

保险丝规格明细表

产品机型	保险丝规格(110VAC/220VAC)	
IT6512	15A	250V
IT6513	15A	250V
IT6512A	15A	250V
IT6513A	15A	250V
IT6502D	15A	250V

- 3) 安装时，先按如下方向放入，用一字螺丝起插在中间的凹槽，向内推的同时顺时针旋转 90 度时即可。



2.7 输出检查

输出检查能确保本电源达到它的额定输出，并能够正确的执行前面板操作。

检查输出电压

验证电源在不带负载时的基本电压功能。

1. 打开电源供应器。
2. 设置电源电流值 ($\geq 0.1A$)。
3. 使电源输出开启。

按亮 ON/OFF 功能按键，VFD 显示屏上 CV 状态标志点亮。

4. 按下 Meter 按键。
5. 设置电源电压值。
6. 设置不同的电压，检查 VFD 上显示的电压值是否接近为设置电压值。
6. 确保电源电压能够从 0V 调节到最大输出电压。

检查输出电流

验证电源在输出短路时的基本电流功能。

1. 打开电源供应器。
2. 使电源输出关闭，确保电源为 OFF 状态，VFD 上显示 OFF 状态标志。
3. 在电源的输出正负端连接一根绝缘导线，使用的导线应可以承受电源的最大输出电流。

IT6500 的输出端子在仪器后面板，在连接前，需要用十字螺丝起将端子保护板取下，接线时，需先用内六角扳手将端子帽拧松，用 Y 端子接线头的导线，将 Y 端子卡入端子铁片中间，再用内六角扳手将端子帽拧紧。

4. 设置电源电压值（1V）。

5. 使电源输出开启。

按亮 ON/OFF 功能按键，VFD 显示屏上 CC 状态标志点亮。

6. 按下 Meter 按键。

7. 设置电源电流值。

设置不同的电流值，检查 VFD 上显示的电压值是否接近为 0V，VFD 上显示的电流值是否接近为设置的电流值。

8. 确保电源电流能够从 0A 调节到其量程范围内的最大电流值。

9. 使电源输出关闭并取下短路导线。本系列电源应该选择截流量规格大于 10A 的导线。

第三章 功能和特性

本章将详细描述电源的功能和特性。将会分为以下几个部分：

- 切换本地 / 远程操作
- 电压设置操作
- 电流设置操作
- 输出开 / 关操作
- 切换设定值 / 实际输出值
- 调整电压电流和功率值
- 存储操作
- 菜单操作
- 保护功能
- 设置输出上升沿、下降沿方法
- 键盘锁功能
- 串并机操作
- 后面板端子功能
- 模拟量接口

3.1 本地/远程操作模式切换

电源提供本地操作和远程操作两种操作模式。两种操作模式之间可以通过通讯命令进行切换。电源初始化模式默认为本地操作模式。

- 本地操作模式：使用电源机身上的按键进行相关操作。
- 远程操作模式：电源与 PC 连接，在 PC 上进行电源的相关操作。电源为远程操作模式时，除 **Meter**、**Shift** + **Meter** (Local) 外，面板其他按键不起作用。可以通过 **Shift** + **Meter** (Local) 按键切换为本地操作模式。当操作模式改变时，不会影响电源的输出参数。

3.2 输出电压设置

电压设置的范围在 0V 到最大输出电压值之间。当您按下 **V-set** 键时，按键灯会被点亮，此时可以进行电压设置操作。您可以用下面的三种方法通过前面板来设置输出电压值。

- 光标在电压显示区域时，直接按数字键再按 **Enter** 或 **OK** 键确认；
- 按 **V-set**，按 **Voltage** 旋钮上面的 **Coarse** (粗调，即整数位调节) 或 **Fine** (微调，小数位调节) 键，再通过旋钮调节；
- (按 **Voltage** 旋钮上面的 **Coarse** 或 **Fine** 键，通过左右键调光标位置，再通过 **▲** 和 **▼** 调节。



说明

Coarse 和 **Fine** 键为电源电压和电流的粗调和微调按钮。**Coarse** 为粗调按钮，当此灯亮时，参数只能在小数点前面的位数调节；**Fine** 为微调按钮，当此灯亮时，参数只能在小数点后面的位数调节。按左右按键可以任意调节光标。

3.3 输出电流设置

电流设置的范围在 0A 到满额定输出电流之间。当您按下 **I-set** 键时，按键灯会被点亮，此时可以进行电流设置操作。您可以用下面的三种方法通过前面板来

设置输出电流值。

- 光标在电流显示区域时按数字键再按 **Enter** 或 **OK** 键确认；
- 按 I-set, 按 Current 旋钮上面的 **Coarse** (粗调, 即整数位调节) 或 **Fine** (微调, 小数位调节) 键, 通过 Current 旋钮输入；
- 按 Current 旋钮上面的 **Coarse** 或 **Fine** 键, 通过左右键调光标位置, 再通过 **▲** 和 **▼** 调节。

3.4 输出开/关操作

您可以通过按下前面板的 **On/Off** 键来控制电源的输出开关, **On/Off** 按键灯亮, 表示输出打开, **On/Off** 按键灯灭, 表示输出关闭。当电源在开启状态时, VFD 上的工作状态标志 (CV/CC) 会被点亮。

 说明

电源与待测物连接好后, 再把 **On/Off** 按键打开。防止接线时产生火花。

3.5 设定值/实际输出值切换

您可以通过按下 **Meter** 按键, 来切换电源输出电压或电流的设定值与实际输出值。当 **Meter** 按键灯点亮时, VFD 屏幕上显示为实际输出值, 当 **Meter** 按键灯灭时, VFD 屏幕上显示为设定值。

3.6 调整电压电流值功能

电源设定电压受 Limit 最大值和最小值的限制, 电源设定电流受 Pmax 设定值的限制。

当功率超过时, 自动调整电流值。当 Limit 最小值为 20V, 最大值为 80V, Pmax 为 100W, 当设定电压值 25V, 电流值 4A, 此时输出功率 100W; 当设置电压值 50V, 此时由于受到 Pmax 设定值的限制, 电流值自动跳变为 2A。

3.7 存取操作

电源可以把一些常用的参数分别保存在 100 组非易失性存储器中, 供用户方便、快速的取出使用。您可以用前面板的复合按键 **Shift**、**Recall** (**Save**) 键或 SCPI 命令 *SAV、*RCL 来实现存储区的存取操作。此操作要配合 GROUP 来进行, 每个 GROUP 可以存 10 组, 有 0 到 9 个 GROUP。

储存内容包括电压设定值和电流设定值。

存取方式:

用复合键 **Shift** + **Recall** 及 0~9 数字键, 按 **Enter** 键把预先设定电压设定值和电流设定值存储在指定的存储区域。

用键 **Recall** 及 0~9 数字键, 即可从指定的存储区域取出电压设定值和电流设定值使用。

3.8 菜单功能

按下复合按键 **Shift** + **OVP** (**Menu**) 键后进入菜单功能 (DEVICE MENU), 此时 VFD 上显示出可选择菜单, 可使用左右操作键或旋钮来翻转 VFD 屏幕, 将依序出现以下功能。此时按下 **Enter** 键, 将会进入屏显所在位置的功能选项。

按  键返回上一层菜单。

IT6512/IT6513 菜单列表:

SYSTEM	SYSTEM MENU	系统菜单	
	Initialize	初始化系统设置	
	Power On	POWER-ON PARAMENT	设置电源上电时的相关参数
		Rst(Def)	恢复出厂设置
		Sav0	上次关机前的设置
	Trigger	TRIGGER SOURCE	设置电源的触发方式
		Manual(Def)	手动触发
		Bus	总线触发
	Memory	MEMORY	配合 Recall 键调出 100 组所存参数
		Group = 0	0:代表 1-10 组; 1: 代表 11-20 组, 依此类推
	Buzzer	BUZZER STATE	设置蜂鸣器的状态
		On(Def)	设置蜂鸣器为开启状态
		Off	设置蜂鸣器为关闭状态
	Communication	COMMUNICATION	选择与计算机通信的串口
	进入界面后根据所需, 按上下左右移动键选择 RS232 配置	RS232(Def)	选择 RS232 通讯串口
		4800, 8, N 无校验, 1 , Addr...	
		9600 O 偶校验 (0~31)	
		19200 E 奇校验	
		38400	
		57600	
		115200	
		USB	选择 USB 通讯接口
		GPIB(仅 G 系列特有)	选择 GPIB 通讯接口
		Addr=0 设置通讯地址	
		RS485	选择 RS485 通讯串口
		4800, 8, N 无校验, 1 , Addr...	
		9600 O 偶校验 (0~31)	
		19200 E 奇校验	
		38400	
		57600	
		115200	
	ReturnMeter	RETURN METER	从设置状态返回测量界面
		Off(Def)	不要自动返回
		Delay	延迟 5 秒钟返回
	P-Out	P-On Output	开机时输出状态设定
		Off(Def)	开机输出状态为 OFF
		Last	开机输出状态保持和上次关机前一致
	Sense-Protect	Sense Protect	Sense 反接保护
		Enable	开启 Sense 反接保护功能
		Disable(Def)	关闭 Sense 反接保护功能
CONFIG	CONFIG MENU	配置菜单	
	Load	Load Setup	设置内部负载状态

		Off	内部负载关闭	
		On	内部负载开启	
	Ext-Ctrl	Ext-Ctrl Setup	外部控制模式及参数设置	
		10v-M	10V/5V 监测模式选择, 按上下键选择	
		5v-M		
		10V/10K-P	10V/10K 或者 5V/5K 设置模式选择, 按上下键选择	
		5V/5K-P		
		V-P	电压(电阻)设置模式选择,按上下键选择	
		R-P		
		Off	关闭/开启外部控制模式, 按上下键选择	
		On		
	Limit	Voltage Range	设置电压范围	
		Vmin=1.000V	最小电压值设定	
		Vmax=80.000V	最大电压值设定	
	Online	Online Setup	串并机设置	
		Parallel	并联/串联选择, 按上下键选择	
		Series		
		Master	选择此仪器为主机/从机, 按上下键选择	
		Slave		
		Mount...	主机时显示 Mount... (设置从机数量); 从机时显示 Addr... (从机地址设置, 范围 0~31)	
		Addr...		
		Off	关闭/开启, 按上下键选择	
		On		
	OCP	OCP Setup	设置过电流保护状态	
		Off	设置过电流保护功能关闭	
		On	设置过电流保护功能开启	
	Slope-Rise	设置上升斜率		
		MS	斜率时间单位为毫秒	
		S	斜率时间单位为秒	
		M	斜率时间单位为分钟	
		H	斜率时间单位为小时	
	Slope-Fall	设置下降斜率		
		MS	斜率时间单位为毫秒	
		S	斜率时间单位为秒	
		M	斜率时间单位为分钟	
		H	斜率时间单位为小时	
Func.	LIST	LIST MENU	序列菜单	
		Off	退出 LIST, On 状态确认后变为 Off.	
		Recall	RECALL LIST	调用序列文件
			Recall List File= 1	选择要调用的序列号
		EditList	编辑 LIST 文件操作	
		EditSeq	编辑序列操作	
	DIN40839	DIN40839	模拟汽车启动波形	
		12V	选择 12V 或 24V 汽车电压启动波形	
		24V		
		Off	关闭/开启汽车启动波形	

		On				
	ISO16750-2	ISO16750-2 profile	模拟“道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验_第 2 部分：电气负荷”曲线			
			Short voltage drop	Short voltage drop	汽车短时电压骤降波形	
				12V	选择 12V 或 24V 汽车短时电压骤降波形	
				24V		
				Off	关闭/开启汽车短时电压骤降波形	
				On		
			Profile for the reset test	Profile for the reset test	汽车重启测试波形	
				Usmin...	最小供电电压(Usmin≤80V)	
				Off	关闭/开启汽车重启测试波形	
				On		
			Starting profile	汽车启动时波形		
					12V	选择 12V 或 24V 汽车短时电压骤降波形
					24V	
					1	设定 12V、24V 系统对应等级/电压/持续时间 12V 系统输入等级范围为 1～4 24V 系统输入范围为 1～3
					Repeat	重复次数设置(1-100)
					Delay	设置延迟时间(0.01s-100.00s)
					Off	关闭/开启汽车启动时波形
					On	
INFO	Power Info...	本机信息				
	Model:IT65XX Ver:1.00-1.00 SN:0123456789AF	型号，软件版本，序列号				
	No Information	保留给标定信息				
	Exit Menu	退出菜单				

IT6512A/IT6513A/IT6502D 菜单列表：

SYSTEM	SYSTEM MENU	系统菜单		
	Initialize	初始化系统设置		
	Power-On	P-OUT	设置电源上电时的相关参数	
		Rst(Def)	恢复出厂设置	
		Sav0	上次关机前的设置	
	Trigger	TRIGGER SOURCE	设置电源的触发方式	
		Manual(Def)	手动触发	
		Bus	总线触发	
	Memory	MEMORY	配合 Recall 键调出 100 组所存参数	
		Group = 0	0:代表 0-9 组; 1: 代表 10-19 组, 依此类推	
	Buzzer	BUZZER STATE	设置蜂鸣器的状态	
		On(Def)	设置蜂鸣器为开启状态	
		Off	设置蜂鸣器为关闭状态	
	Communication	COMMUNICATION	选择与计算机通信的接口	
		RS232(Def)	选择 RS232 通讯接口	

		进入界面后根据所需，按上下左右移动键选择 RS232 配置	4800, 8, N 无校验, 1, Addr...
			9600 O 奇校验 2 (0~31)
			19200 E 偶校验
			38400
			57600
			115200
		USB	选择 USB 通讯接口
		GPIB(仅 G 系列特有)	选择 GPIB 通讯接口
			Addr=0 设置通讯地址 (0~31)
		RS485	选择 RS485 通讯接口
		进入界面后根据所需，按上下左右移动键选择 RS485 配置	4800, 8, N 无校验, 1, Addr...
			9600 O 奇校验 2 (0~31)
			19200 E 偶校验
			38400
			57600
			115200
	ReturnMeter	RETURN METER	从设置状态返回测量界面
		Off(Def)	不要自动返回
		Delay	延迟 5 秒钟返回
	P-Out	P-On Output	开机时输出状态设定
		Off(Def)	开机输出状态为 OFF
		Last	开机输出状态保持和上次关机前一致
	Sense-Protect	Sense Protect	Sense 反接保护
		Enable	开启 Sense 反接保护功能
		Disable(Def)	关闭 Sense 反接保护功能
CONFIG	CONFIG MENU	配置菜单	
	Load	Load Setup	设置内部负载状态
		Off	内部负载关闭
		On	内部负载开启
	Ext-Ctrl	Ext-Ctrl Setup	外部控制模式及参数设置
		10v-M	10V/5V 监视模式选择, 按上下键选择
		5v-M	
		10v/10k-P	10V/10K 或者 5V/5K 设置模式选择, 按上下键选择
		5v/5k-P	
		V-P	电压(电阻)设置模式选择, 上下键选择
		R-P	
		Off	关闭/开启外部控制模式, 上下键选择
		On	
	Limit	Voltage Range	设置电压范围
		Vmin=1.000V	最小电压值设定
		Vmax=80.000V	最大电压值设定
	Online	Online Setup	串并机设置
		Parallel	并联/串联选择, 按上下键选择
		Series	
		Master	选择此仪器为主机/从机, 按上下键选择
		Slave	

		Mount...	主机时显示（设置从机数量）；从机时显示
		Addr...	Addr...（从机地址设置，范围 0~31）
		Off	关闭/开启，按上下键选择
		On	
	OCP	OCP Setup	设置过电流保护状态
		Off	设置过电流保护功能关闭
		On	设置过电流保护功能开启
	Slope-Rise	设置上升斜率	
		MS	斜率时间单位为毫秒
		S	斜率时间单位为秒
		M	斜率时间单位为分钟
		H	斜率时间单位为小时
	Slope-Fall	设置下降斜率	
		MS	斜率时间单位为毫秒
		S	斜率时间单位为秒
		M	斜率时间单位为分钟
		H	斜率时间单位为小时
INFO	Power Info...	本机信息	
	Model:IT65xxx Ver:1.00-1.00 SN:0123456789AF	型号，软件版本，序列号	
	No Information	保留给标定信息	
	Exit Menu	退出菜单	



说明

按复合按键 **Shift** + **OVP**（Menu）入菜单选项之后，按 **Esc** 即可退出菜单操作。

在进行任何功能按键操作时，按 **Esc** 键，均可退出功能操作状态。

系统参数和配置参数保存

System 和 Config 中设置的参数设置后保存成功则永久保存，设置时选择设置值并退出菜单，进入主界面后自动保存。

恢复设置（> Initialize）

该选项用于将系统菜单（SYSTEM MENU）中各项设置恢复为出厂默认值。按 **Enter**，恢复出厂默认值；否则保持原菜单设置不变。

出厂菜单设置为：

Power-on	Rst
Trigger	Mannual
Memory	Group=0
Buzzer	On
Communication	RS232
ReturnMeter	Off
P-out	Off
Sense-Protect	Disable

上电参数 (>Power-on)

上电参数选择为 **Rst** 时, 每次开机参数为 **0V,0A**, 若选择为 **Sav0**, 则参数为上次关机前设置的电压电流数。上电参数必须设置后延迟 **3** 秒后保存。

触发模式的选择 (>Trigger)

触发功能用于触发电压和触发电流的输出, 可选择 **Manual** 和 **Bus** 两种触发方式。

若为 **Manual** 选项, 则触发信号为面板复合按键 **Shift** + **Enter** (**Trigger**) 提供; 若为 **Bus** 选项, 则为总线触发模式。出厂设置为 **Manual** 选项。

存取组设置 (>Memory)

电源可以用存取组设置把一些常用的参数分别保存在 **100** 组非易失性存储器中, 供用户方便、快速的存储/取出。

- **GRP0**: 表示把电源参数存储在 **0~9** 位置/取出 **0~9** 位置的参数, 按复合按键 **Shift** + **Recall** (**Save**) 再用 **0~9** 数字键进行存储/用键 **Recall** 及 **0~9** 数字键取出。
- **GRP1**: 表示把电源参数存储在 **10~19** 位置/取出 **10~19** 位置的参数。按复合按键 **Shift** + **Recall** (**Save**) 再用 **0~9** 数字键进行存储/用键 **Recall** 及 **0~9** 数字键取出。此时数字按键“**0**”代表将电源参数存储在 **10** 的位置/取出位置 **10** 的电源参数, 数字按键“**1**”代表将电源参数存储在 **11** 的位置/取出位置 **11** 的电源参数, 以此类推。
- **GRP2~GRP9** 依上述类推。

键盘声音设置(>Buzzer)

该菜单项可以设置键盘按下时蜂鸣器是否鸣叫。若为 **On** 选项时, 有键盘按下时蜂鸣器鸣叫; 若为 **OFF** 选项时, 蜂鸣器不鸣叫。出厂设置为 **On** 选项。

通讯模式的设置(>Communication)

该选项可以设置电源的具体通信模式。本电源标配有 **RS232/USB/RS485** 通信接口, 在此选项中, 可选任意一种做为当前的通信方式。**RS232** 的波特率选项有 **4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115.2K**, 数据位 **8** 位, 校验位选项有 **NONE, ODD, EVEN**; 在用电源与上位机通讯前, 您必须设置该选项, 确保电源的通信配置与上位机的配置相一致。

返回测量状态 (>ReturnMeter)

该选项可以设置电源在 **5S** 时间内无操作的情况下, 是否从设置状态返回测量状态。选择 **Delay** 表示 **5S** 内无人操作则自动返回测量状态, 选择 **Off** 则一直停留在设置状态, 不会返回测量状态。

开机输出状态 (>P-Out)

该选项设置电源开机时的输出状态, 选项 **Last** 表示开机输出状态与上一次关机前一致, 若上次关机前为 **On**, 则关机再重开机后的状态为 **On**; 选项 **Off** 表示开机输出状态为 **Off**。

最大和最小输出电压值的设定 (>Vmax,Vmin)

最大电压设置范围在 **Vmin** 到满额定输出电压之间, 您可以按复合按键 **Shift** + **OVP** (**Menu**) 键再按右键和 **Enter** 进入 **Config** 菜单, 按右键翻到 **Limit**

下面的 **Vmin** 项，按 **Enter** 键，设置最小电压值，再按 **Enter** 键，设置最大电压 **Vmax**。在设置好电压上下限后，输出电压值就只能在电压上下限内调整。

Vmax 的出厂设置为对应型号电源的额定输出电压，**Vmin** 为 0V。

内部负载状态设置 (>Load)

电源内部负载的作用是：在电源做高速下降沿时释放内部电容里的电荷。每次开机时 **Load** 状态为 **Off**。

当此项功能打开时，会出现电池充不满的现象，所以，当用 **IT6500** 系列电源给电池充电时，需要将此功能关闭。

当使用下降沿设置功能时需将 **Load** 功能打开。

过电流保护功能 (>OCP)

过电流保护功能允许用户设置一个过电流保护点，当电路中的电流大于此保护点时，电源将进行 **OCP** 保护。过电流保护时，电源输出将关闭，并且伴有蜂鸣器的鸣叫，**VFD** 标记 **Prot** 将点亮，**VFD** 显示“**OCP**”。

当电流值设置比 **OCP** 电流值大时，**OCP** 对所测试的设备有保护的功能；

当电流值设置比 **OCP** 电流值小时，设置的电流值就可以将电流限定而起到保护的作用。

设置 **OCP** 电流值的操作如下：

1. 按复合按键 **Shift** + **OVP** (**Menu**)，进入菜单操作
2. 按 **▶** 在菜单中选择 **CONFIG**，按 **Enter** 确认
3. 按 **▶** 在菜单中选择 **OCP**，按 **Enter** 确认
4. 按 **▶** 键选择 **ON**，将 **OCP** 功能打开，再按 **Enter** 键
5. 按数字键设置 **OCP** 电流值，再按 **Enter** 键确认，按 **Esc** 可退出菜单设置。

远端量测保护功能 (>Sense-Protect)


当远端量测极性反接时，电源会立即 **OFF**，蜂鸣器鸣叫，屏幕上会显示 **SRV**。按 **On/Off** 按键，复位远端量测保护功能。（远端量测详见 5.13 节）

清除极性反接保护状态的操作：

检查是否极性反接，若是，请断开连接物，重新连接。

LIST 操作 (IT6512/IT6513 特有功能)

IT6512 **LIST** 模式总共包含有 10 个文件 (**File0~File9**)，每一个 **File** 里面包含有 10 个序列列 (**sequence0~sequence9**)，每个序列里面包含有 10 步 (**9876543210**)，您需要编辑每个单步的电压、电流、脉宽以及上升或者下降斜率。每个序列即 **sequence** 可以设置循环，每个 **list file** 文件也可以设置循环。一个 **list** 下面可以链接几个 **sequence** 文件。**LIST** 和 **Seq** 的关系如下图所示。



顺序（List）编辑和序列（Seq）编辑无需区分先后顺序，在编辑时请注意顺序文件选择的序列文件与编辑的序列文件名一致。

● 顺序操作(>List)

在 List 模式下，客户可以根据自己的测试需求修改编辑波形，以满足广泛的测试需求。

在编辑 List 文件前，请先设置触发方式。

按复合按键 **Shift** + **QVP** (Menu) 进入菜单，在菜单中选择>System，按 **Enter** 确认。按左右键在菜单中选择>Trigger，选择 MANUAL，按 **Enter** 进入。

顺序操作可以将几个序列（Seq）进行连接。

操作步骤如下：

1. 按 **Shift** + **QVP** (Menu)，进入菜单操作，界面显示如下信息：

DEVICE MENU

SYSTEM CONFIG FUNC. INFO

2. 按 **▶** 在菜单中选择 **FUNC.**进入，再选中 LIST，按 **OK** / **Enter** 确认，界面显示如下信息：

LIST MENU

Off Recall EditList EditSeq

3. 按 **▶** 在菜单中选择 **EditList**，按 **OK** / **Enter** 确认，按 **Enter** 选择设置项，当界面显示如下信息：

EDIT LIST REPEAT

List Repeat = 1

4. 按数字键选择 LIST 文件重复运行次数(1-20)，按 **Enter** 键，界面显示如下信息：

FILE

Active Seq : 0987654321

5. 按数字键选择 LIST 文件链接的序列，选中序列后相应数字变为“Y”，按 **Enter** 确认，界面显示如下信息：

Seq n Repeat: 1

6. 链接序列 n 重复运行次数(1---65535)，输入需要循环的次数，按 **Enter** 确认。界面显示是否保存 LIST。

7. 选择 Yes 进行保存，选择 No 则不保存返回“Off Recall EditList EditSeq”。保存时界面提示保存的文件名称。

Save list to bank=0

8. 按数字键选要编辑的序列文件名称(0-9)，按 **Enter** 确认。界面提示保存成功。并返回到“Off Recall EditList EditSeq”界面。

● 序列操作(>Seq)

顺序文件可以链接多个序列，编辑完顺序文件后，需要逐个编辑序列文件。您可以通过编辑序列操作每一个单步的值及时间来产生各种输出变化序列。序列操作中的参数包括时间单位、单步电压、单步电流、单步时间及是否下一步、循环步骤。

在序列操作编辑完成后，当接收到一个触发信号后，电源将开始运行，直到顺序操作完成或再次接到一个触发信号。

以编辑三步为例，操作步骤如下：

1. 按 **Shift** + **QVP** (Menu)，进入菜单操作。界面显示如下信息：

DEVICE MENU

SYSTEM CONFIG FUNC. INFO

2. 按 **▶** 在菜单中选择 **FUNC.** 进入，并选中“**LIST**”，按 **Enter** 确认。界面显示如下：

LIST MENU

Off Recall EditList EditSeq

3. 按 **▶** 在菜单中选择“**EditSeq**”，按 **Enter** 确认，界面显示序列名称。

EDIT SEQ

Seq Name : 1

4. 按数字键选择要编辑的序列名称 (1~10)，此序列名称需要和 LIST 文件编辑的第五步的序列文件名相一致。按 **Enter** 确认，界面显示如下信息：

SEQ

Active Step:0987654321

5. 激活序列步，步激活时，相应数字变为“Y”显示。例：按数字键 1，2，3 编辑三步。按 **Enter**。界面显示如下信息。

EDIT SEQ VOLTAGE

Seq Step n Voltage = 0.000V

6. 激活步电压设置，按数字键选择（例 3V）。按 **Enter** 界面显示如下信息。

EDIT SEQ CURRENT

Seq Sep n Current = 0.000A

7. 激活步电流设置，按数字键选择（例 1A）。按 **Enter** 界面显示如下信息。

EDIT SEQ WIDTH

Step n Width = 0.1s

8. 激活步持续时间设置(0.1s ~24h)，(例 5s) 按 **Enter** 界面显示如下信息。

EDIT SEQ SLOPE

Step n Slope= xxxxxs

9. 按数字键设置斜率。按 **Enter** 界面显示如下信息。

EDIT SEQ VOLTAGE

Seq Step n Voltage = xxxxxV

10. 按数字键选择（例 5V）。按 **Enter** 界面显示如下信息。

EDIT SEQ CURRENT

Seq Sep n Current = xxxxxA

11. 按数字键选择（例 4A）。按 **Enter** 界面显示如下信息。

EDIT SEQ WIDTH

Step n Width = xxxxxs

12. 按数字键选择（例 3S）。按 **Enter** 界面显示如下信息。

EDIT SEQ SLOPE

Step n Slope= xxxxxs

13. 按数字键设置斜率。按 **Enter** 界面显示如下信息。

EDIT SEQ VOLTAGE

Seq Step n Voltage = xxxxxV

14. 按数字键选择（例 7V）。按 **Enter** 界面显示如下信息。

EDIT SEQ CURRENT

Seq Sep n Current = xxxxxA

15. 按数字键选择（例 8A）。按 **Enter** 界面显示如下信息。

EDIT SEQ WIDTH

Seq Step n Width = xxxxxs

16. 按数字键选择（例 6S）。

17. 选择 No, 不保存, 选择 Yes, 保存, 若选择保存, 2 秒后 VFD 返回显示, 若选择不保存, 按 ESC 退出。

- 顺序 (List) 的触发操作:

1. 按 **Shift** + **QVP** (Menu), 进入菜单操作。

SYSTEM CONFIG LIST INFO

2. 按 **▶** 在菜单中选择 LIST, 按 **Enter** 确认。

Off Recall EditList EditSeq

3. 按 **▶** 在菜单中选择 Recall, 按 **Enter** 确认。

Recall List File=X

4. 输入需运行的 List 文件名, 按 **Enter** 确认。

Off Recall EditList EditSeq

5. 按 **◀** 选择 Off, 按 **Enter** 确认, 此时 Off 变为 On, List 功能打开, VFD 上 Trig 字样被点亮。

On Recall EditList EditSeq

6. 按 2 次 **ESC** 退出, 按下 **On/Off** 打开电源输出。

0.00V 0.00A

0.0W List


7. 按 **Shift** + **Enter** (Trigger) 键触发。



说明

如果 LIST MENU 下面显示为 On Recall EditList EditSeq, 或者是外部模拟量控制功能被开启, 此时编辑顺序文件, 序列文件以及调用顺序文件均不能操作, 需要先将 On Recall EditList EditSeq 改为 Off Recall EditList EditSeq, 再进行操作。

LIST 输出波形示意图



汽车启动电压波形模拟功能 (IT6512/6513 特有功能)

IT6500 系列电源内建 12V/24VDIN40839 汽车启动电压波形, 可以模拟汽车引擎启动电性测试, 此波形可重现符合 DIN 40839 标准的汽车功率网用电压曲线, 方便客户的快速调用。




说明

在调用 DIN40839 波形时, 用户需要先开启内部负载功能。保证 DIN 40839 波形正确。

● 12V 内建波形程序如下:

步数	Voltage (V)	Current(A)	Width(mS)	Slope(mS)
1	4.5	60	15	5
2	6	60	2000	5
3	12	60		10



● 24V 内建波形程序如下:

步数	Voltage (V)	Current(A)	Width(mS)	Slope(mS)
1	8V	60	50	10
2	12	60	2000	5
3	24V	60		10

调用测试操作 (以 12V 电压波形为例):

1. 按复合按键 **Shift** + **OVP** (Menu)，进入菜单操作。
2. 按 **▶** 在菜单中选择 CONFIG，按 **Enter** 确认。
3. 选择 Load，并设置内部负载功能为 On 模式。
4. 按 **ESC** 返回主菜单界面。
5. VFD 显示 SYSTEM CONFIG FUNC. INFO，按 **▶** 在菜单中选择 FUNC.，按 **Enter** 确认，再选择 DIN40839，按 **Enter** 确认。
6. 按 **▲** 或 **▼** 选择 12V，按 **Enter** 确认。
7. 按右键移动到 Off/On，按 **▲** 或 **▼** 选择 On，按 **Enter** 确认。VFD 上将显示 Trig 字样。
8. 按 **ESC** 退出。
9. 面板上右下角出现 DIN40839 的字样。
10. 按 **On/Off** 将电源输出开启。
11. 按 **Shift** + **Enter** (Trigger) 触发，电源将按既定序列输出。

车辆电气电子设备的抗扰度试验模拟（IT6512/6513 特有功能）

仪器内部有内建三种模拟的波形可以用于车辆电气电子设备的抗扰度试验测试，输出的脉冲波形完全符合国际标准的 ISO-16750-2，方便客户的快速调用。


说明

在调用 ISO-16750-2 波形时，用户需要先开启内部负载功能。保证 ISO-16750-2 波形正确。


1* Short voltage drop

模拟电压瞬间跌落

- 12V 内建波形程序如下：



- 24V 内建波形程序如下：



调用测试操作（以 12V 电压波形为例）：

1. 按复合按键 **Shift** + **QVP** (Menu)，进入菜单操作。
2. 按 **▶** 在菜单中选择 CONFIG，按 **Enter** 确认。
3. 选择 Load，并设置内部负载功能为 On 模式。
4. 按 **ESC** 返回主菜单界面。
5. VFD 显示 SYSTEM CONFIG FUNC. INFO，按 **▶** 在菜单中选择 FUNC.，按 **Enter** 确认，再按 **▶** 选择 ISO16750-2，按 **Enter** 确认。
6. 按 **▲** 或 **▼** 选择 Short voltage drop，按 **Enter** 确认。
7. 按 **▲** 或 **▼** 选择 12V，按 **Enter** 确认。
8. 按右键移动到 Off/On，按 **▲** 或 **▼** 选择 On，按 **Enter** 确认。VFD 上将显示 Trig 字样。
9. 按 **ESC** 退出。
10. VFD 右下角出现 Short voltage drop 的字样。
11. 按 **On/Off** 将电源输出开启。
12. 按 **Shift** + **Enter** (Trigger) 触发，电源将按既定序列输出。


说明

第 9 步要保证菜单中 TRIGGER 选项为 MANUAL，不是 BUS。

若测试过程中为空载，请将 CONFIG 菜单中 LOAD 选项设置为 ON

2* Profile for the reset test

模拟波形适用于测试具有复位功能的设备，此电压曲线模拟出供电电压以 5% 的速率从 $U_{s\ min}$ 降到 $0.95 U_{s\ min}$ ，保持 5s，再上升到 $U_{s\ min}$ ，至少保持 10s 进行功能测试。然后将电压降到 $0.9 U_{s\ min}$ 等等，按下图所示以 5% 梯度继续进行，直到降到 0V，然后再将电压升到 $U_{s\ min}$ 。波形如下：




调用测试操作:

1. 按复合按键 **Shift** + **QVP** (Menu), 进入菜单操作。
2. 按 **▶** 在菜单中选择 CONFIG, 按 **Enter** 确认。
3. 选择 Load, 并设置内部负载功能为 On 模式。
4. 按 **ESC** 返回主菜单界面。
5. VFD 显示 SYSTEM CONFIG FUNC. INFO, 按 **▶** 在菜单中选择 FUNC., 按 **Enter** 确认, 再按 **▶** 选择 ISO16750-2, 按 **Enter** 确认。
6. 按 **▲** 或 **▼** 选择 Profile for the reset test, 按 **Enter** 确认。
7. VFD 显示 Usmin..., 按 **Enter** 确认。VFD 将显示 Usmin=12.000V, 可设置 Usmin 的值。
8. 按 **▶** 键移动到 Off/On, 按 **▲** 或 **▼** 选择 On, 按 **Enter** 确认。VFD 上将显示 Trig 字样。
9. 按 **ESC** 退出。
10. 面板上右下角出现 Profile for the reset 的字样。
11. 按 **On/Off** 将电源输出开启。
12. 按 **Shift** + **Enter** (Trigger) 触发, 电源将按既定序列输出。(要保证菜单中 TRIGGER 选项为 MANUAL, 不是 BUS)。

3* Starting profile

模拟汽车启动时直流供电下的带有纹波的直流电压影响, t8 时间段电压曲线是由原来标准的 DIN40839 电压波形中的恒定电压直线升级为含有叠加频率为 2Hz 交流电压波形的曲线。



● 12V 内建波形程序如下：

曲线的选择应根据实际测试需求进行，12V 内建波形的设置标准如下：


Levels/voltages/duration of starting profile				
I	II	III	IV	Tolerances
$U_S = 8 \text{ V}$	$U_S = 4,5 \text{ V}$	$U_S = 3 \text{ V}$	$U_S = 6 \text{ V}$	+ 0,2 V
$U_A = 9,5 \text{ V}$	$U_A = 6,5 \text{ V}$	$U_A = 5 \text{ V}$	$U_A = 6,5 \text{ V}$	
$t_r = 5 \text{ ms}$				± 10 %
$t_6 = 15 \text{ ms}$				
$t_7 = 50 \text{ ms}$				
$t_8 = 1 \text{ s}$	$t_8 = 10 \text{ s}$	$t_8 = 1 \text{ s}$	$t_8 = 10 \text{ s}$	
$t_f = 40 \text{ ms}$	$t_f = 100 \text{ ms}$	$t_f = 100 \text{ ms}$	$t_f = 100 \text{ ms}$	

● 24V 内建波形的设置标准如下：

Levels/voltages/duration of starting profile			
I	II	III	Tolerances
$U_S = 10 \text{ V}$	$U_S = 8 \text{ V}$	$U_S = 6 \text{ V}$	+ 0,2 V
$U_A = 20 \text{ V}$	$U_A = 15 \text{ V}$	$U_A = 10 \text{ V}$	
$t_r = 10 \text{ ms}$			± 10 %
$t_\theta = 50 \text{ ms}$			
$t_7 = 50 \text{ ms}$			
$t_\theta = 1 \text{ s}$	$t_\theta = 10 \text{ s}$	$t_\theta = 1 \text{ s}$	
$t_f = 40 \text{ ms}$	$t_f = 100 \text{ ms}$	$t_f = 40 \text{ ms}$	

调用测试操作（以 12V 电压波形为例）：


1. 按复合按键 **Shift** + **OVP** (Menu)，进入菜单操作。
2. 按 **▶** 在菜单中选择 CONFIG，按 **Enter** 确认。
3. 选择 Load，并设置内部负载功能为 On 模式。
4. 按 **ESC** 返回主菜单界面。
5. VFD 显示 SYSTEM CONFIG FUNC. INFO，按 **▶** 在菜单中选择 FUNC.，按 **Enter** 确认，再按 **▶** 选择 ISO16750-2，按 **Enter** 确认。
6. 按 **▲** 或 **▼** 选择 Starting profile，按 **Enter** 确认。
7. 按 **▲** 或 **▼** 选择 12V/24V；

8. 按  选择对应等级 (12V: 1-4) / (24V: 1-3);
9. 按  选择 Repeat, 按  确认, Count=1 设置重复次数 (1-100); 按数字键设置次数, 按  确认。
10. 按  选择 Delay 设置延迟时间, 按  确认 Delay=0.01s , 延迟时间范围(0.01s-100.00s);
11. 按  选择 ON, 按  确认。VFD 上将显示 Trig 字样。
12. 按  退出。
13. 面板上右下角出现 Starting profile 的字样。
14. 按  将电源输出开启。
15. 按  +  (Trigger)触发, 电源将按既定序列输出。(要保证菜单中 TRIGGER 选项为 MANUAL , 不是 BUS)。

3.9 保护功能

IT6500 系列电源提供过电压、限电流、过功率及过温度保护功能。

过电压保护:

可通过面板上的  按键或指令来开启或关闭过电压保护功能。OVP 按键灯亮代表过压保护功能开启, 灯灭代表关闭。同时过压保护可设置过压保护值 Vovp 和保护延迟时间 Tovpdly(Tovpdly 范围 1-600ms)。产生过压保护的原因可能有:
(1) 用户设置的保护点低于设定电压 (2) 外部灌入较高的电压 (3) 电源故障输出高压

一旦电源过压保护(OVP), 将立即关闭输出, 并且 VFD 显示屏上“OVP”状态标志点亮。应避免加载于输出端的外部电压超过额定电压的 120%, 否则产品内部器件会损坏!

当电源处于过电压保护状态后, 需检查外部原因, 当外部因素消除之后, 通过 ON/OFF 按键, 方可重新打开输出, 若为通信状态, 必须先把保护状态清除, 方可通过 OUTP ON 打开输出。

过功率保护是当功率超过电源额定功率时所实施的保护措施, 过功率保护时, 电源输出将关闭, 并且 VFD 显示屏上将显示“OPP”字样。

过温度保护是当仪器内部温度超过 75 度时所实施的保护措施, 一旦过温度保护, 电源输出将关闭, 并且 VFD 显示屏上将显示“OTP”字样。

3.10 输出上升沿/下降沿设置

本系列电源具有可调的上升沿及下降沿速度。按  +  (Slope) 键后, VFD 显示屏右下角显示 Trise = xxxxs 时, 可通过数字键或者上下键或旋钮调节

上升沿时间, 输入结束后按  或者  键确认; 然后自动进入下降沿设置状态, VFD 显示屏右下角显示 Tfall = xxxxs 时, 开始下降沿设置, 方法同上升沿设置;

电压上升、下降沿设置时间范围: 1ms – 24h; 输入小于 1ms 时, 不做沿。Trise, Tfall 为 0 时表示关闭此功能。



说明

上升/下降时间是指一个电压点上升/下降到另外一个电压点的时间。若观察某电压下降至 0V 的下降沿，需要通过 **V-set** 设定 0V，按 **Enter** 确认后电压即按照所设定下降沿开始下降。

3.11 键盘锁功能

可通过面板上的复合按键 **Shift** + **On/Off** (Lock) 键，锁定仪器面板按键，此时 VFD 上显示“*”，除 **On/Off** 键，**Meter** 键，**Shift** 键可用外，其他按键均被锁定，复按此复合键取消锁定。

3.12 串并机操作

本系列电源供应器能够将高达 3 台同样型号的设备以并联或串联方式连接，并联可以增加功率输出能力和输出电流，串联可以增加功率输出能力和输出电压。下图显示的是 2 台串/并联的电源设备，其中 RS485 作用为主从连接（接口说明详见节）。

图 1 两台串联的电源设备示意图





图 2 两台并联的电源设备示意图




配置 2 台电源并联主从连接的操作如下：

1. 按上图布线完成后，配置一台电源供应器作为主机 (Master)，另一台作为从机 (Slave)。
2. 当一台电源供应器被配置为 Master 后，它将开始搜索连接到 Master 上的 Slave。

为正确地操作，用户必须在设定 Master 前先设定 Slave。


3. 欲将一台电源供应器设定为从属模式，按复合按键 **Shift** + **OVP** (Menu) 进入菜单。
4. 按右键选择“**CONFIG**”，再按 **Enter** 进入配置菜单。
5. 按右键选择 **Online**，再按 **Enter** 进入串并联设置。



此功能需要设置如下 4 个参数：

- **Parallel/Series**: 串并联模式选择。
 - **Slave/Master**: 主机/从机模式选择。
 - **Addr.../Mount**: 从机地址设置（若从机数大于 1，则各台需设定不同的地址）/设置从机数量。
 - **Off/on**: 打开或关闭主从模式。
6. 按右键选择需要设置的项，并需配合上下键进行选择。

3.13 后面板端子功能




- **V0+, V0-**: 输出端子；
- **Vs+, Vs-**: 远程量测端子，当使用远程量测功能时，需要断开与“V0+, V0-”端子相连的导线，引出“Vs+, Vs-”连接到待测物。

使用本地量测：

本地量测不补偿导线上的电压降，操作如下：

1. 使用仪器后背板自带的短路夹，或直接在 **V0+** 和 **Vs+** 及 **V0-** 和 **Vs-** 之间用导线短接。当使用本地测量时，后面板的远端测量端子不可悬空。
2. 将前面板输出正负端子用导线连接至待测设备上。



使用远端量测：


使用远端量测功能允许补偿在电源输出端子和待测设备之间的电线上的压降。操作如下：

1. 卸掉后背板端子板连接器 **V0+** 和 **Vs+** 之间以及 **V0-** 和 **Vs-** 之间的任何跳线或短路夹。
2. 从 **Vs+** 和 **Vs-** 到待测设备连接一对感应导线
3. 从前面板输出正负端子到待测设备连接一对驱动导线



说明

为保证系统稳定性，请在 IT6500 系列的远端量测与负载之间使用铠装双绞线。



3.14 模拟量接口

本系列电源后面板有一个 DB-25 的模拟量接口，可以通过它来控制电源的带载电压或电流，在模拟量接口接入可调电压来模拟 0-满量程的输出，从而来调节电源的输出电压和电流的值。

此功能需要设置如下四个参数：


- 10v-M 5v-M 10V/5V 监视模式选择
- 10v/10k-P 5v/5k-P 10V/10K 或者 5V/5K 设置模式选择
- V-P R-P 电压/电阻设置模式选择
- On Off 开启/关闭模拟量接口功能

以上参数可通过配置菜单来进行选择，按复合按键 **Shift** + **OVP** (Menu) 进入菜单，按右键选择 **CONFIG**，再按 **Enter** 进入配置菜单，按右键选择 **Ext-Ctrl**，再按 **Enter** 进入外部模拟量参数的设置。设置每一项时，需配合上下键进行选择。

例：使用 0~10V 的外部模拟量进行控制，用内部 5V 电压进行监视前面板输出，上述参数分别选择为：

5v-M 10v/10k-P V-P On

将 Ext-Ctrl 选择为 On 状态后，退出菜单，此时 VFD 状态栏 Rear 指示灯将点亮，右下角将显示 Analog 字样。



DB-25

引脚	名称	说明
----	----	----

1 脚与 14 脚	DGND EXT ON	控制电源的 ON/OFF，当 1 脚与 14 脚连接或输入低电平时，电源输出被禁止，On/Off 键失效，当高电平时：输出受 On/Off 控制；该功能在并机状态时不可用。
15 脚	Shut Off	为紧急状态下关闭功能，一般为悬空。
16 脚	Power OK	指示电源输出是否正常，若正常，则输出 5V，若电源出现故障则输出 0V。
18 脚与 19 脚	CV_CC+ CV_CC-	两脚之间用来指示电源工作状态：当在 CV 模式下，两脚之间输出 5V；CC 模式下，两脚之间输出-5V。
20 脚	Voltage Program (电压设定)	模拟量控制输出电压： 当设置 V-PRG 和 10v/10k-P 时，输入模拟量范围应为 0-10V 的电压，调节输出电压在 0-电压满量程之间； 当设置 V-PRG 和 5v/5k-P 时，输入模拟量范围应为 0-5V 的电压，调节输出电压在 0-电压满量程之间； 当设置 R-PRG 和 10v/10k-P 时，输入模拟量范围应为 0-10K 的电阻，调节输出电压在 0-电压满量程之间； 当设置 R-PRG 和 5v/5k-P 时，输入模拟量范围应为 0-5K 的电阻，调节输出电压在 0-电压满量程之间。
21 脚	REF_10V	电源自身输出的 10V 参考电压，可以连接一个电阻分压，用于模拟量控制
22 脚	Current Program (电流设定)	模拟量控制输出电流： 当设置 V-PRG 和 10v/10k-P 时，输入模拟量范围应为 0-10V 的电压，调节输出电流在 0-电流满量程之间； 当设置 V-PRG 和 5v/5k-P 时，输入模拟量范围应为 0-5V 的电压，调节输出电流在 0-电流满量程之间； 当设置 R-PRG 和 10v/10k-P 时，输入模拟量范围应为 0-10K 的电阻，调节输出电流在 0-电流满量程之间； 当设置 R-PRG 和 5v/5k-P 时，输入模拟量范围应为 0-5K 的电阻，调节输出电流在 0-电流满量程之间。
23 脚	Voltage Monitor (电压监视)	监视得到的实际电压值为对应的监控电压值，例如，模拟量电压选择 10V，控制 IT6512A 0~80V 的电压，IT6512A 输出电压是 20V，那么此引脚将输出 2.5V 电压。同理，若模拟量电压选择 5V，控制 0~80V 的电压，IT6512A 输出电压是 20V，那么此引脚将输出 1.25V 电压。
24 脚	Current Monitor (电流监视)	监视得到的实际电压值为对应的监控电压值，例如模拟量电压选择 10V，控制 IT6512A 0~60A 的电流，IT6512A 输出电流是 6A，那么此引脚将输出 1V 电压。同理，若模拟量电压选择 5V，控制 0~60A 的电流，IT6512A 输出电流是 6A，那么此引脚将输出 0.5V 电压。
8、9、10、11、12、13 脚	连接 AGND	模拟量接口（包括 20 脚 VPRG、21 脚 REF_10V、22 脚 IPRG、23 脚 VMON、24 脚 IMON）地线。
1、2、3、4 脚	内部连接到 DGND	是 14 脚 EXT ON、15 脚 SHUT OFF、16 脚 POWER OK 的地线。


电压设定(Voltage Program)

这一功能能够由外部模拟信号改变电压的输出，方法是向引脚 20 连接一个外部直流电压（电压模式）或外部电阻器（电阻器模式）。要启用这一功能，输出控制必须处在外部模拟控制模式下。用来控制满刻度输出电压的外部电压范围或电阻器范围可在 0~10V/0~10KΩ 或 0~5V/0~5KΩ 的范围内选择。欲打开电压设定，打开菜单 MENU（菜单）→ CONFIG（配置）→ Ext-Ctrl（外部模拟控制），按右键选择 V-P(或 R-P)，按上下键即可选择电压模式或电阻器模式。


● 电压模式

OFF
Ext-Ctrl Setup
5v-M 5v/5k-P V-P on


在电压模式下，用户可以通过针脚 20 设定电源供应器的电压输出值。




- 电阻器模式



针脚 20 和针脚 13 (GND 地线) 可与一个电阻器连接，用来设定电源供应器的输出电压值。



欲设定 10V/10KΩ 或 5V/5KΩ 外部模拟设定范围，打开菜单 MENU (菜单) → CONFIG (配置) → Ext-Ctrl (外部模拟控制)。



按右键选择 5v/5k-P (或 10v/10k-P)，按上下键在 10V/10KΩ 或 5V/5KΩ 的程序满刻度范围之间作出选择。


电流设定(Current Program)

这一功能能够由外部模拟信号改变电流输出，方法是向针脚 22 连接一个外部直流电压 (电压模式) 或外部电阻器 (电阻器模式)。要启用这一功能，输出控制必须处在外部模拟控制模式下。用来控制满刻度输出电压的外部电压范围或电阻器范围可在 0~10V/0~10KΩ 或 0~5V/0~5KΩ 的范围内选择。欲打开电流设定，打开菜单 MENU (菜单) → CONFIG (配置) → Ext-Ctrl (外部模拟控制)，按右键选择 V-P (或 R-P)，按上下键即可选择电压模式或电阻器模式。


- 电压模式




在电压模式下，你可以通过针脚 22 设定电源供应器的电压输出值。




- 电阻器模式



针脚 22 和针脚 13 (GND 地线) 可与一个电阻器连接, 用来设定电源供应器的输出电压值。




欲设定 10V/10KΩ 或 5V/5KΩ 外部模拟设定范围, 打开菜单 MENU (菜单) → CONFIG (配置) → Ext-Ctrl (外部模拟控制)。




按右键选择 5v/5k-P(或 10v/10k-P), 按上下键在 10V/10KΩ 或 5V/5KΩ 的程序满刻度范围之间作出选择。

电压监视

这一功能能够使用针脚 23 和地线针脚之一 (即针脚 13) 来监视电压输出, 这些针脚可连接到一个数字电压表 (DVM) 上。欲使用这一功能, 输出控制必须处在外部模拟控制模式下。输出电压的监视范围 (反映从零到满刻度的电源供应器输出电压) 可在 0~10V 或 0~5V 之间选择。欲打开监视范围设定, 打开菜单 MENU (菜单) → CONFIG (配置) → Ext-Ctrl (外部模拟控制), 按右键选择 10v-M(或 10v-M), 按上下键选择输出电压的监视范围 (0~10V 或 0~5V)。




下图显示的是数字电压表的连接设置。




电流监视

这一功能能够针脚 24 和地线针脚之一 (即针脚 13) 来监视电流输出, 这些针脚可以连接到一个数字电压表 (DVM) 上。欲使用这一功能, 输出控制必须处在外部模拟控制模式下。输出电流的监视范围 (反映从零到满刻度的电源供应器输出电流) 可在 0~10V 或 0~5V 之间选择。欲打开监视范围设定, 打开菜单 MENU (菜单) → CONFIG (配置) → Ext-Ctrl (外部模拟控制), 按右键选择 10v-M(或 10v-M), 按上下键选择输出电流的监视范围 (0~10V 或 0~5V)。



下图显示的是数字电压表的连接设置。




第四章 远程操作

IT6512/IT6513/IT6512A/IT6513A/IT6502D 电源标配有四种通信接口：RS232、USB、GPIB、RS485，用户可以任意选择一种来实现与计算机的通讯。

4.1 RS232 接口

电源的后面板有一个 DB-9 母头 9 芯接口，在与计算机连接时，使用两头都为 COM 口（DB-9）的电缆进行连接；激活连接，则需要系统菜单中配置的值和计算机中相应的配置值保持一致。RS232 接口上可以使用所有的 SCPI 命令来编程。



 说明

程序中的 RS232 设定必须与前面板系统菜单设定的相符。查看和更改，按复合按键  +  (Menu) 键进入系统菜单设置页面进行查询或更改，详细请参见 3.8 菜单功能。

RS232 数据格式

RS232 数据是包含起始位、奇偶校验位、停止位和 8 位数据位。起始位固定为 1 位，停止位为 1 到 2 位可选。

波特率

前面板  +  (Menu), System 菜单下，可以让用户选择一个存储在非易失性存储器中的波特率：
4800/9600/19200/38400/57600/115200

RS232 连接

用一根有 DB-9 接口的 RS232 电缆，RS232 串口能与控制器的串口连接（例如 PC 机）。不要用空调制调解电缆。下表显示了插头的引脚。
如果您的电脑用一个有 DB-25 插头的 RS232 接口，您需要一个电缆和一个一端是 DB-25 插头另一端是 DB-9 插头的适配器（不是空调制调解电缆）。



引脚号	描述
1	无连接
2	TXD, 传输数据
3	RXD, 接收数据
4	无连接
5	GND, 接地
6	无连接
7	CTS, 清除发送
8	RTS, 准备发送
9	无连接

RS232 故障解决：

如果 RS232 连接有问题，检查以下方面：

1. 电脑和电源必须配置相同的波特率，奇偶校验位，数据位和流控制选项。注意电源配置成一个起始位一个停止位。

2. 就如 RS232 连接器中描述的一样，必须使用正确的接口电缆或适配器。注意即使电缆有合适的插头，内部布线也可能不对。
3. 接口电缆必须连接到计算机上正确的串口(COM1, COM2 等)。

通讯设置

在进行通讯操作以前，您应该首先使电源与 PC 的下列参数相匹配。

波特率：9600(4800、9600、19200、38400、57600、115200)。您可以通过面板进入系统菜单，设置通讯波特率。

数据位：8

停止位：1

校验：(none,even,odd)

- EVEN 偶校验
- ODD 奇校验
- NONE 无校验

本机地址：(0~31，出厂设定值为 0)

Start Bit	8 Data Bits	Parity=None	Stop Bit
-----------	-------------	-------------	----------

4.2 USB 接口

使用两头 USB 口的电缆，连接电源和计算机。所有的电源功能都可以通过 USB 编程。

使用前，需要在面板菜单里面将通讯方式设置为 USB。

电源的 USB488 接口功能描述如下

- 接口是 488.2 USB488 接口。
- 接口接收 REN_CONTROL, GO_TO_LOCAL, 和 LOCAL_LOCKOUT 请求。
- 接口接收 MsgID = TRIGGER USBTMC 命令信息，并将 TRIGGER 命令传给功能层。

电源的 USB488 器件功能描述如下：

- 设备能读懂所有的通用 SCPI 命令。
- 设备是 SR1 使能的。
- 设备是 RL1 使能的。
- 设备是 DT1 使能的。

4.3 GPIB 接口（仅 IT6500G 系列特有）

首先通过 IEEE488 总线将电源 GPIB 端口和计算机上 GPIB 卡连接好，一定要充分接触，将螺钉拧紧。然后设置地址，电源的地址范围：0~31，可通过前面板上的功能按键设置，按下 **Shift** + **OVP** (Menu) 键后进入系统菜单功能，按 **▽** 键找到 GPIB 地址设置，键入地址，按 **Enter** 键确认。GPIB 地址储存在非易失性存储器中。

4.4 RS485 接口

并机或者串机模式下，用一根有两头是 DB-9 母头直连电缆，可将两台 IT6500 系列电源建立通信连接；非并机或者非串机模式下，可通过电缆与其他主控制器

的 RS485 接口连接（例如 PC 机）。

需要设置波特率，数据位，停止位，校验，本机地址。可通过前面板上的功能按键设置，按下 **Shift** + **OVP** (Menu)键后进入系统菜单功能，菜单设置同 RS232 通讯设置。

IT6500 系列 RS485 通讯口引脚定义如下：

1 脚为 RS485 通信接口 B 线

5 脚为 RS485 通信接口 A 线

其他引脚内部悬空



第五章 技术规格

本章将介绍 IT6500 系列电源的额定电压、额定电流、额定功率等主要技术参数和电源的使用及存储环境、温度。

5.1 主要技术参数

参数		IT6512
额定值 (0 °C - 40 °C)	电压	0~80V
	电流	0~60A
	功率	0~1200W
(远程量测模式下) 负载调节率 $\pm(\% \text{ of output} + \text{offset})$	电压	$<0.01\% + 5\text{mV}$
	电流	$\leq 0.1\% + 10\text{mA}$
电源调节率 $\pm(\% \text{ of output} + \text{offset})$	电压	$<0.02\% + 1\text{mV}$
	电流	$<0.02\% + 1\text{mA}$
设定值解析度	电压	1mV
	电流	1mA
回馈值解析度	电压	1mV
	电流	1mA
设定值精确度 (12 个月内) (25 °C $\pm$ 5 °C) $\pm(\% \text{ of output} + \text{offset})$	电压	$\leq 0.02\% + 30\text{mV}$
	电流	$\leq 0.1\% + 0.1\% \text{FS}$
回馈值精确度 (25 °C $\pm$ 5 °C) $\pm(\% \text{ of output} + \text{offset})$	电压	$0.02\% + 30\text{mV}$
	电流	$\leq 0.1\% + 0.1\% \text{FS}$
纹波 (20Hz ~ 20MHz)	电压	$\leq 40\text{mVp-p}$
	电流	10mA _{rms}
温度系数 (0 °C ~ 40 °C) $\pm(\% \text{ of output} + \text{offset})$	电压	$0.02\% + 30\text{mV}$
	电流	$\leq 0.05\% + 10\text{mA}$
回馈值温度系数 $\pm(\% \text{ of output} + \text{offset})$	电压	$0.02\% + 30\text{mV}$
	电流	$\leq 0.05\% + 5\text{mA}$
电压上升时间 (0-42V)		$\leq 5\text{ms}$
电压下降时间 (80-0V)		$\leq 12\text{ms}$
指令响应时间		$\leq 25\text{ms}$
尺寸 (mm)		415mmW×44mmH×500mmD
重量		8.5Kg

参数		IT6513
额定值 (0 °C - 40 °C)	电压	0~150V
	电流	0~30A
	功率	0~1200W
(远程量测模式下) 负载调节率 $\pm(\% \text{ of output} + \text{offset})$	电压	$<0.05\% + 30\text{mV}$
	电流	$\leq 0.1\% + 30\text{mA}$
电源调节率 $\pm(\% \text{ of output} + \text{offset})$	电压	$<0.02\% + 20\text{mV}$
	电流	$<0.02\% + 10\text{mA}$
设定值解析度	电压	3mV
	电流	1mA
回馈值解析度	电压	3mV
	电流	1mA

设定值精确度 (12个月内) (25°C±5°C) ±(% of output+offset)	电压	≤0.05%+30mV
	电流	≤0.2%+0.1%FS
回读值精确度 (25°C±5°C) ±(% of output+offset)	电压	<0.05%+30mV
	电流	≤0.2%+0.1%FS
纹波 (20Hz ~20MHz)	电压	≤60mVp-p
	电流	40mArms
温度系数 (0 °C ~ 40 °C) ±(% of output+offset)	电压	<0.02%+30mV
	电流	≤0.05%+10mA
回读值温度系数 ±(% of output+offset)	电压	<0.02%+30mV
	电流	≤0.05%+5mA
电压上升时间 (0-60V)	≤8ms	
电压下降时间(60-0V)	≤8ms	
指令响应时间	≤25ms	
动态响应时间(恢复 90%)	≤2ms	
尺寸 (mm)	415mmW×44mmH×500mmD	
重量 (Kg)	8.5Kg	

参数		IT6512A
额定值 (0 °C - 40 °C)	电压	0~80V
	电流	0~60A
	功率	0~1200W
负载调节率 ±(% of output+offset)	电压	<0.01%+5mV
	电流	≤0.1%+10mA
电源调节率 ±(% of output+offset)	电压	<0.02%+1mV
	电流	<0.02%+1mA
设定值解析度	电压	1mV
	电流	1mA
回读值解析度	电压	1mV
	电流	1mA
设定值精确度 (12 个月内) (25 °C ± 5 °C) ±(% of output+offset)	电压	≤0.02%+30mV
	电流	≤0.1%+0.1%FS
回读值精确度 (12 个月内) (25 °C ± 5 °C) ±(% of output+offset)	电压	0.02%+30mV
	电流	≤0.1%+0.1%FS
纹波 (20Hz ~20MHz)	电压	≤40mVp-p
	电流	10mArms
设定值温度系数 (0 °C ~ 40 °C) ±(% of output+offset)	电压	0.02%+30mV
	电流	≤0.05%+10mA
回读值温度系数(0 °C ~ 40 °C)	电压	0.02%+30mV

±(% of output+offset)	电流	≤0.05%+5mA
电压上升时间 (0-80V) (电流设到最大)	空载	≤20ms
	满载	≤2.3s
电压上升时间 (0-20V) (电流设到最大)	空载	≤2.5ms
	满载	≤110ms
电压下降时间(80-0V) (电流设到最大, load-off)	空载	≤2.3s
	满载	≤20ms
电压下降时间(20-0V) (电流设到最大, load-off)	空载	≤500ms
	满载	≤2ms
电压下降时间(80-0V) (电流设到最大, load-on)	空载	≤16ms
	满载	≤8ms
电压下降时间(20-0V) (电流设到最大, load-on)	空载	≤3ms
	满载	≤2ms
指令响应时间		≤25ms
动态响应时间(恢复 90%)		≤2ms
尺寸 (mm)		415mmW×44mmH×500mmD
重量		8.5Kg

参数		IT6513A
额定值 (0 °C - 40 °C)	电压	0~150V
	电流	0~30A
	功率	0~1200W
(远程量测模式下) 负载调节率 ±(% of output+offset)	电压	<0.05%+30mV
	电流	≤0.1%+30mA
电源调节率 ±(% of output+offset)	电压	<0.02%+20mV
	电流	<0.02%+10mA
设定值解析度	电压	3mV
	电流	1mA
回读值解析度	电压	3mV
	电流	1mA
设定值精确度 (12个月内) (25°C±5°C) ±(% of output+offset)	电压	≤0.05%+30mV
	电流	≤0.2%+0.1%FS
回读值精确度 (25°C±5°C) ±(% of output+offset)	电压	<0.05%+30mV
	电流	≤0.2%+0.1%FS
纹波 (20Hz ~20MHz)	电压	≤60mVp-p
	电流	40mArms
温度系数 (0 °C ~ 40 °C) ±(% of output+offset)	电压	<0.02%+30mV
	电流	≤0.05%+10mA
回读值温度系数 ±(% of output+offset)	电压	<0.02%+30mV
	电流	≤0.05%+5mA

电压上升时间 (0-60V)	≤8ms
电压下降时间(60-0V)	≤8ms
指令响应时间	≤25ms
动态响应时间(恢复 90%)	≤2ms
尺寸 (mm)	415mmW×44mmH×500mmD
重量 (Kg)	8.5Kg

参数		IT6502D
额定值 (0 °C - 40 °C)	电压	0~80V
	电流	0~60A
	功率	0~800W
(远程量测模式下) 负载调节率 ±(%of output+offset)	电压	<0.01%+5mV
	电流	≤0.1%+10mA
电源调节率 ±(%of output+offset)	电压	<0.02%+1mV
	电流	<0.02%+1mA
设定值解析度	电压	1mV
	电流	1mA
回读值解析度	电压	1mV
	电流	1mA
设定值精确度 (12 个月内) (25 °C ± 5 °C) ±(%of output+offset)	电压	≤0.02%+30mV
	电流	≤0.1%+0.1%FS
回读值精确度 (25 °C ± 5 °C) ±(%of output+offset)	电压	0.02%+30mV
	电流	≤0.1%+0.1%FS
纹波 (20Hz ~20MHz)	电压	≤40mVp-p
	电流	10mArms
温度系数 (0 °C ~ 40 °C) ±(%of output+offset)	电压	0.02%+30mV
	电流	≤0.05%+10mA
回读值温度系数 ±(%of output+offset)	电压	0.02%+30mV
	电流	≤0.05%+5mA
电压上升时间 (0-42V)		≤7.5ms
电压下降时间(80-0V)		≤15ms
指令响应时间		≤25ms
尺寸 (mm)		415mmW×44mmH×500mmD
重量		8.5Kg

*以上规格书如有更新，恕不另行通知。

5.2 补充特性

状态存储器容量：100 组操作状态

建议校准频率：1 次/年

散热方式：风扇

附录

红黑测试线规格

艾德克斯公司为客户提供可选配的红黑测试线，用户可以选配本公司测试线进行测试，如下表格列出本公司红黑测试线规格与所能承受的最大电流。

型号	规格	横截面积	长度
IT-E301/10A	10A	-	1m
IT-E301/30A	30A	6mm ²	1.2m
IT-E301/30A	30A	6mm ²	2m
IT-E301/60A	60A	20mm ²	1.5m
IT-E301/120A	120A	50mm ²	2m
IT-E301/240A	240A	70mm ²	1m
IT-E301/240A	240A	70mm ²	2m
IT-E301/360A	360A	95mm ²	2m

如下表格列举了 AWG 铜线所能承受的最大电流值对应关系。


AWG	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
最大电流值 (A)	40	25	20	13	10	7	5	3.5	2.5	1.7

注：AWG (American Wire Gage)，表示的是 X 号线（导线上有标记）。上表列举的是单条导线在工作温度 30° C 时的载流量。仅供参考。

测试电池，接电池时怎么防止打火？

接电池时打火主要是因为电池（剩余电压）对电源正负端子的电容放电而导致。避免打火的方法：

在导线上接一个开关，并且开关并联一个充电限流电阻。当所有导线连接好之后再关闭开关，见如下示意图：



联系我们

感谢您购买 ITECH 产品，如果您对本产品有任何疑问，请根据以下步骤联系我们：

1. 访问艾德克斯网站 www.itechate.com。
2. 选择您最方便的联系方式后进一步咨询。